

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Il sottoscritto _____, CF _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, _____ C.F. _____, partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____, di seguito anche "Operatore Economico" (in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte gli Operatori Economici raggruppandi/raggruppati consorziati/consorziandi)

DICHIARA QUANTO SEGUE

<u>INFORMAZIONI GENERALI SUL DISPOSITIVO</u>	
<u>INDICARE I DATI PER OGNI ELEMENTO DEL LOTTO E PER OGNI SINGOLO PRODOTTO OFFERTO</u>	
Codice CND:	
Numero di Repertorio	
Tipologia di apparecchiatura	
Modello:	
Produttore:	
Nazione di produzione:	
Fabbricante:	
Distributore:	
Data di inizio produzione anno	
Data di inizio commercializzazione in Italia anno	
Data di costruzione dell'apparecchiatura offerta	
Periodo di garanzia offerto	

REQUISITI ESSENZIALI	indicare SI/NO <i>(in caso affermativo specificare)</i>	Fornire breve descrizione	Indicare dove rinvenibile il requisito nella documentazione sottomessa in busta tecnica
1) VIDEOPROCESSORE 4K - Modulo video dotato delle seguenti uscite digitali: <ul style="list-style-type: none"> o FULL 4K (4096 X 2160 pixels) o 4K-UHD (risoluzione 3840 X 2160 pixels) - Modulo video in grado di poter impostare almeno una delle seguenti gamme cromatiche: <ul style="list-style-type: none"> o BT709 – BT2020 			
2) TESTA DI TELECAMERA 4K - Testa di telecamera autoclavabile dotata di sensore di almeno 3840 X 2160 pixels - Dotata di tasto autofocus o ghiera per fuoco manuale, con almeno due pulsanti personalizzabili dall'operatore			
3) VIDEOPROCESSORE 2D CON FONTE LUCE LED INTEGRATA - Modulo video dotato di uscita digitale FULL HDTV 1080 linee (1920 X 1080 pixels) - Compatibile per la versione IR - Compatibile per videolaparoscopi 2D ed endoscopi flessibili			
4) TESTA DI TELECAMERA ICG - Testa di telecamera autoclavabile con 3 chip per ICG - Dotata di pulsanti configurabili per il controllo remoto delle funzioni della centralina - Dotata di ghiera per Zoom ottico e per fuoco o sistemi migliorativi			

REQUISITI ESSENZIALI	indicare SI/NO <i>(in caso affermativo specificare)</i>	Fornire breve descrizione	Indicare dove rinvenibile il requisito nella documentazione sottomessa in busta tecnica
5) MODULO FONTE LUCE PER VISIONE LUCE INFRARED - Generatore di luce Xenon da 300W o equivalente per visualizzazione in luce ICG - Dotata di filtro per la visualizzazione del riflesso del verde Indocianina se necessario - Regolazione automatica della luminosità - Dotata di indicatore della durata di vita della lampada principale			
6) INSUFFLATORE DI CO2 - Insufflatore laparoscopico con portata regolabile ad almeno 45 l/m - Regolazione della pressione endo-addominale - Visualizzazione in tempo reale della pressione e del flusso pre-impostati e dei valori effettivi, così come della quantità di CO2 erogata			
7) MONITOR DI ALMENO 31" FULL-4K 3D - Monitor medicale LCD da almeno 31" con definizione 4K - Schermo resistente e sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazioni - Risoluzione almeno 3840 X 2160 pixel - Possibilità di impostare almeno una delle seguenti gamme cromatiche: BT709 o BT2020 - Possibilità di visione PIP e POP			

REQUISITI ESSENZIALI	indicare SI/NO <i>(in caso affermativo specificare)</i>	Fornire breve descrizione	Indicare dove rinvenibile il requisito nella documentazione sottomessa in busta tecnica
<p>8) MONITOR DI ALMENO 55” FULL-4K 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor Medica LCD da almeno 55” con definizione 4K - Schermo resistente e sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazioni - Risoluzione almeno 3840 X 2160 pixel in 16/9 - Possibilità di impostare almeno una delle seguenti gamme cromatiche: BT709 o BT2020 - Possibilità di visione PIP e POP - Dotato di stativo idoneo al suo utilizzo 			
<p>9) CARRELLO MEDICALE CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carrello medicale porta apparecchiature dotato di ripiani sufficienti ad ospitare le apparecchiature richieste, con 4 ruote antistatiche, 2 delle quali dotate di freno, con trasformatore di isolamento - Braccio snodato porta monitor per monitor da almeno 30” - Porta bombola per CO2 - Porta tastiera - Almeno 8 prese IEC - Dotato di porta telecamera per testa telecamera ICG e per testa telecamera 4K 			

REQUISITI ESSENZIALI	indicare SI/NO <i>(in caso affermativo specificare)</i>	Fornire breve descrizione	Indicare dove rinvenibile il requisito nella documentazione sottomessa in busta tecnica
<p>OTTICA ULTRA HD – 30° 10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ottica 30° 10 mm - Ottica dotata di lenti cilindriche e distanziatori peek - Dotata di cassetta di sterilizzazione - Dotata di cavo porta luce <p>OTTICA ULTRA HD – 30° 10 mm per ICG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ottica 30° 10 mm - Ottica dotata di lenti cilindriche e distanziatori peek - Dotata di filtro per IR - Dotata di cassetta di sterilizzazione 			
<p>11) SISTEMA DI REGISTRAZIONE 4K-UHD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di registrazione compatto con possibilità di registrare segnali in ingresso 4K-UHD e full-HD a doppio canale - Possibilità di registrare sia su Hard disk interno che su memoria esterna USB - Possibilità di registrare su server esterno - Registrazione direttamente dalla testa di telecamera - Dotato di interfaccia touch-screen 			

Luogo e data _____

FIRMA _____

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.